



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

„Otwarty Dom – Twoje wytnięcie – Razem w opiece nad bliskim”

MCUS.DZP.373-1/2025

Wrocław, z dnia 03.01.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE (SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA)

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostawy oraz montażu systemu podsufitowego osób korzystających z usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych (MCUS) we Wrocławiu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu (2 miejsca), o parametrach opisanych poniżej, stanowiących opis przedmiotu zamówienia planowanego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający: Gmina Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551 - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (jednostka budżetowa Gminy Wrocław), z siedzibą przy ul. Mącznej 3, 54- 31 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. (71) 376-99-00, faks 71 376-99-05, e-mail: mcus@mcus.pl.

I. Podstawowe informacje dotyczące zapytania ofertowego:

1. Zapytanie ofertowe służy Zamawiającemu wyłącznie do rozeznania rynku, właściwego opisanie przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia i przygotowania odpowiedniej procedury wyboru Wykonawcy.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania propozycji cenowych. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w niniejszym postępowaniu propozycji cenowych, Zamawiający przedłuży termin ich składania.
4. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną propozycję cenową.
5. Propozycje cenowe należy podać w Formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego jako wartości w złotych.

II. Zakres planowanego przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest wycenić sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, w stanie kompletnym tj. gwarantującym ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów, spełniający normy bezpieczeństwa.
2. Wykonawca zobowiązany jest wycenić sprzęt spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U. z 2024 r., poz. 1620), posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, pisemne gwarancje, dokumentację użytkowania/ instrukcji obsługi sporządzonej w języku polskim.



Miejskie Centrum
Usług Socjalnych
we Wrocławiu

Biuro projektu: Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
Ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
Telefon: +48 71 376 99 00; faks: +48 71 376 99 05, mcus@mcus.pl



„Otwarty Dom – Twoje wytchnienie – Razem w opiece nad bliskim”

MCUS.DZP.373-1/2024

3. Propozycja cenowa powinna uwzględniać montaż układu szyn stanowiących element systemu podnośnika sufitowego. Sposób rozmieszczenia został przedstawiony na rzucie pomieszczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1.
4. Propozycja cenowa powinna uwzględniać cenę transportu do Zamawiającego i jego montaż oraz wywóz odpadów powstałych po montażu.
5. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
6. Ponadto propozycja cenowa powinna uwzględniać serwis gwarancyjny prowadzony przez okres trwania gwarancji (gwarancja w przedziale od 2 do 5 lat).
7. Cena musi uwzględniać inne dodatkowe koszty, które Zamawiaczy byłby zobowiązany ponieść w trakcie realizacji zamówienia.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje (sprzęt medyczny) podsufitowy system do transportu, kąpieli, rehabilitacji i opieki nad pacjentem w pokojach 14A, 14B, w łazience i korytarzu obejmujący:
 - 1) w pomieszczeniu 14A i 14B instalacja oszynowania sufitowego z zakrętem;
 - 2) na korytarzu instalacja systemu trawersowego naściennego;
 - 3) w łazience instalacja szyn sufitowych z trawersem;
 - 4) podnośnik z dwoma paskami, które umożliwiają płynne przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami pod futryną (bez dokonywania jakichkolwiek przeróbek budowlanych);
 - 5) do każdego pokoju po 1 szt. podwieszki transportowo-kąpielowej;
 - 6) elektryczny podnośnik – 3 szt.;
 - 7) system regulowany elektrycznie;
 - 8) minimalny udźwig 200 kg, maksymalny 275 kg;
 - 9) ładowanie akumulatora poprzez pilota;
 - 10) obudowa podnośnika odporna na uderzenia;
 - 11) poziom hałasu przy maksymalnym obciążeniu nie więcej niż 53dB;
 - 12) stopień ochrony zewnętrznej urządzenia - co najmniej IPx4 – odporny na zachlapania;
 - 13) stopień ochrony pilota – co najmniej Ipx7 – wodoodporny;
 - 14) elektryczne i manualne opuszczanie awaryjne;
 - 15) silnik kontrolujący.

System podnośnika sufitowego

Urządzenie nowe, nie powystawowe. Data produkcji 2024r. lub 2025 r.

System przeznaczony do czterech pomieszczeń.

Rodzaje oszynowania:

- sufitowy montowany bezpośrednio do stropu z zakrętami (pokój 14A i pokój 14B),
- system trawersowy naścienny (korytarz),
- system trawersowy sufitowy (łazienka)

Maksymalne obciążenie w zakresie od 200 kg do 275 kg

Długość pasa podnośnika minimum 2200 mm – 2300 mm maksymalnie

Waga kasety podnośnika nie więcej niż 7 kg



Miejskie Centrum
Usług Socjalnych
we Wrocławiu

Biuro projektu: Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
Ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
Telefon: +48 71 376 99 00; faks: +48 71 376 99 05, mcus@mcus.pl

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027*

*„Otwarty Dom – Twoje wytchnienie – Razem w opiece nad bliskim”*

MCUS.DZP.373-1/2024

Wymiary kasety: 300 x 150 mm (+/-20 mm)
Akumulator 24 - 36 V
Ładowanie: 24 - 240 V
Obsługa urządzenia za pomocą pilota na przewodzie lub panelu na kasecie
Pilot wodoodporny z ochroną co najmniej IPX7
Ładowarka z ochroną co najmniej IP40
Ładowarka mocowana do ściany z funkcją magnetycznego podłączania pilota
Obudowa odporna na uderzenia, wykonana z profilowanego ABS
Szyny sufitowe wykonane z tłoczonego aluminium, malowane proszkowo na kolor biały lub jasny
Poziom hałasu podczas podnoszenia/opuszczania bez obciążenia nie więcej niż 50dB(A)
Poziom hałasu podczas podnoszenia/opuszczania przy maksymalnym obciążeniu nie więcej niż 55dB(A)
Prędkość opuszczania minimum 40 mm/sek. z obciążeniem minimum 85 kg
Prędkość podnoszenia minimum 30 mm/sek. z obciążeniem minimum 85 kg
Zakres podnoszenia minimum 1930 mm (+/-20 mm)
Silnik kontrolujący miękki start, zatrzymanie oraz ruch poziomy
Mocowanie podnośnika do instalacji szynowej za pomocą bagnetu lub paska w przypadku przewieszania do innych pomieszczeń
Materiał wózka do mocowania podnośnika w szynie - stal nierdzewna
Na obudowie urządzenie minimum dwa uchwyty ułatwiające zdejmowanie oraz przenoszenie
Szybkie i łatwe zdejmowanie podnośnika z instalacji bez użycia narzędzi
Elektryczne i manualne opuszczanie awaryjne
Klucz do manualnego opuszczania umieszczony w ładowarce oznaczony kolorem czerwonym
Elektryczne zatrzymywanie awaryjne
Ilość podniesień na 1 ładowaniu: nie mniej niż 45 podniesień na wys. 0,5m przy obciążeniu minimum 100kg
Wskaźnik niskiego naładowania akumulatora (dioda LED)
Wskaźnik ładowania
Ochrona przed przeciążeniem
Wieszak 2-punktowy z ochronną warstwą pianki, z samo zamykającymi się hakami pod wpływem podnoszenia (4szt.)
W zestawie 8 nosideł. W tym kąpielowe wykonane z siatki z podparciem głowy z udźwigniem maksymalnym w przedziale od 200 kg do 275 kg
System podnośnika sufitowego nie może być prototypem, musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz będzie wyrobem medycznym posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE, powiadomienie lub zgłoszenie URPL) oraz instrukcję używania w j. polskim. Urządzenie oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu





Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

„Otwarty Dom – Twoje wytchnienie – Razem w opiece nad bliskim”

MCUS.DZP.373-1/2024

III. Sposób i termin składania propozycji cenowych:

1. Propozycję cenową należy przygotować zgodnie ze wzorem Formularza, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patrycja.podgorska@mcus.pl do **dnia 10.01.2025 r.** Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: w sprawach formalnych – Patrycja Podgórska – Starszy Administrator ds. zamówień publicznych, tel. (71) 376 99 52.

Zatwierdził:

Dyrektor Miejskiego Centrum

Usług Socjalnych we Wrocławiu

Patrycja Karpicz

Załączniki:

- 1) Dokumentacja techniczna, tj. rysunek/ mapka pomieszczeń,
- 2) Formularz.



Miejskie Centrum
Usług Socjalnych
we Wrocławiu

Biuro projektu: Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
Ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
Telefon: +48 71 376 99 00; faks: +48 71 376 99 05, mcus@mcus.pl

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027*